



Pesquisa de Preços Nº 000060/2025

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

CNPJ:

TEL:

ESTADO:

EMAIL:

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento.O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00015283	MESA GINECOLOGICA estrutura: tubo aço, acabamento superficial, esmaltado, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo de movimento: assento fixo, encosto e apoio de pernas reclináveis, acabamento pés: pés com rodízios e freios, características adicionais: 3 gavetas e 2 portas laterais, material porta-coxa: porta-coxas estofado, dimensões: 1,80x0,50x0,85m. o mobiliário deverá possuir registro na anvisa. garantia mínima de 12 meses.		UND.	1,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



00002		00019124	ELETROCARDIÓGRAFO eletrocardiógrafo digital portátil - aquisição simultânea de 12 derivações padrão (di, dII, dIII, avr, avl, avf, v1 a v6); - transmissão sem fio (bluetooth® ou similar) para comunicação com computador; - bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo; - recarga por indução magnética ou via cabo usb; - compatível com sistemas operacionais windows (mínimo windows 7 pro), 32 e 64 bits; - software com funcionalidades para: - visualização em tempo real; - medições automáticas dos principais parâmetros (pr, qrs, qt, qtc, eixos cardíacos); - geração e interpretação automática de laudo; - armazenamento digital e impressão em papel comum (formato a4). - resolução mínima de 18 bits, com taxa de amostragem de 600 amostras por segundo por canal; - filtros digitais: rejeição de linha de base, rede elétrica (60 hz) e interferência muscular; - conectores e cabos de alta durabilidade, com blindagem contra interferências; - deve possuir registro ativo na anvisa e atender às normas abnt nbr iec 60601 aplicáveis; - compatível com eletrodos precordiais tipo sucção (tipo pera) e eletrodos tipo adesivo descartável com gel condutivo. - garantia mínima: 2 anos. - deve haver treinamento básico operacional incluso, quando solicitado. - o item deverá ser entregue e instalado pela empresa vencedora.		UND	1,00		
00003		00015283	MESA GINECOLOGICA estrutura: tubo aço, acabamento superficial, esmaltado, material leito: chapa aço inox, estofado em courvin, tipo de movimento: assento fixo, encosto e apoio de pernas reclináveis, acabamento pés: pés com rodízios e freios, características adicionais: 3 gavetas e 2 portas laterais, material porta-coxa: porta-coxas estofado, dimensões: 1,80x0,50x0,85m. o mobiliário deverá possuir registro na anvisa. garantia mínima de 12 meses.		UND.	2,00		



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



00004		00015295	DETECTOR FETAL, PORTATIL, DIGITAL detector fetal (doppler fetal) digital portátil - características: transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de alta performance; design ergonômico e compartimento para transdutor; entrada para fone de ouvido, gravador ou computador; botão liga-desliga, controle de volume e desligamento automático; tela de lcd iluminado; tela para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. frequência cardíaca fetal: numérica e barras de batimento; alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; indicador de bateria; funcionamento com pilhas alcalinas aa. especificação técnica: alimentação: 2 pilhas aa frequência ultrassom: 2 mhz intensidade de ultrassom:< 10mw/cm2 exibição: 45mm x 25mm fcf faixa de medição: 50 ~240bpm. resolução da fcf: 1 bpm. precisão fcf: ± 1 bpm. dimensões: 135 milímetros x 95 milímetros x 35 milímetros. peso líquido 200g garantia mínima de 12 meses.		UND.	10,00		
-------	--	----------	--	--	------	-------	--	--

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

_____/_____/____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

CARIMBO CNPJ (Obrigatório)

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br