PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

Pesquisa de Preços Nº 000062/2025

ORCAMENTO

RAZÃO SOCIAL: **CNPJ:**
ENDEREÇO: **TEL:**
MUNICÍPIO: **ESTADO:**
CEP: **EMAIL:**

Objetivando a coleta de preços para aquisição dos materiais /produtos e/ou serviços abaixo especificados, o Município de Baixo Guandu-ES convida-o(a) a ofertar, utilizando o formulário abaixo, seus preços e condições para o seu fornecimento.O critério de julgamento será definido no respectivo edital de licitação, sendo o caso, ou pelo critério de menor preço unitário, tratando de compra direta. No ato da assinatura do contrato os vendedores deverão, obrigatoriamente, apresentar os documentos a que se refere a legislação pertinente: COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL, CND INSS e outros.

OBS.: NOS PREÇOS DA PRESENTE COLETA, DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO O VALOR DO FRETE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA PMBG-ES.

Em ____/____/____

VALIDADE DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA:_____ DIAS VALOR TOTAL: _____

A Nota Fiscal só poderá ser emitida após o recebimento da Ordem de Fornecimento e da Ordem de Serviço.

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*

00001		00012078	TIRA REAGENTE tira reagente para determinação quantitativa de glicemia, em amostra de sangue capilar fresco, venoso, arterial e neonatal (garantindo a confiabilidade de resultados em qualquer faixa de medição apresentada) para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição entre 10 a 600 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. metodologia de leitura por fotometria ou amperometria, com química enzimática desidrogenase, não interferindo assim com o oxigênio e casos de pacientes em oxigenioterapia. faixa de hematócrito de 20 a 70% (aceitando se 5% acima ou abaixo da faixa). tamanho da amostra de até 2 microlitros. não apresentar interferência com analgésicos, antitérmicos, drogas vasoativas e anti-hipertensivos. monitor com codificação automática sem a necessidade de chip, tira código ou outros tipos de procedimentos manuais de comparação, para facilitar o uso e evitar erros. deverá permitir aplicação de gota de sangue complementar na mesma tira quando a amostra for insuficiente para evitar desperdícios (com no mínimo 20 segundos). resultados confiáveis quando comparados com métodos de referência laboratoriais. embalagem em frasco com 50 fitas em material que garanta a integridade do produto e deverão vir acompanhadas de bulas/instruções de uso. rotulagem deve conter número do lote, a validade das tiras deverá ser mantida após a abertura do frasco conforme descrito em embalagem original. o equipamento de leitura não deverá apresentar interferências com aparelhos eletromagnéticos comuns (celular, computador, controle remoto, etc.). características adicionais; garantia de fornecimento de 01 (um) equipamento de medição para cada 800 tiras em regime de comodato e baterias compatíveis. sempre que houver problemas de funcionamento os aparelhos deverão ser substituídos. treinamento e capacitação de forma presencial por profissional de saúde responsável no uso do equipamento. registro anvisa, bpf - boas praticas de fabricação e laudo de comprovacao de acuracidade conforme exigência iso 15197/2013. marca de referência: accu chek, gtech, on call ou similar.		UND.	110.000,00		

CARIMBO

Os preços acima mencionados, foram elaborados pelo nosso estabelecimento, portanto, autentico a veracidade dos mesmos, e, por estar assim justo e de acordo, firmo o presente instrumento.

____/___/_____

_____

Carimbo e Assinatura do Representante Legal da Empresa CARIMBO CNPJ **(Obrigatório)**

RETORNAR C/ URGÊNCIA P/: (27)3732-8900, email: compras@pmbg.es.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
FL.....

EDITAL

ItemsLicitacaoLotes